



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BALAI METROLOGI

Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta Telp. (0274) 375062, 377303 Fax. (0274) 375062

SERTIFIKAT KALIBRASI
CALIBRATION CERTIFICATE

Nomor : 741 / MET / SW - 11 / II / 2012

ALAT
Equipment

Nama : Stopwatch

Kapasitas : 1 jam

Tipe/Model :

Nomor Seri :
Serial number

Merek/Buatan : CE

Lain-lain :
Other

No. Order : 002706

Diterima tgl : 21 Februari 2012

PEMILIK
Owner

Nama : Renita Lestari

Alamat : Jl STM Pembangunan 16 E Depok Sleman

METODE, STANDAR, TELUSURAN
Method, Standard, Traceability

Metode : ISO 4168 (1976) Time Measurement Instrument

Standar : Casio HS-80TW.IDF

Telusuran : Tertelusur ke satuan SI Direktorat Metrologi Bandung

TANGGAL DIKALIBRASI
Date of Calibrated

LOKASI KALIBRASI : Balai Metrologi Yogyakarta

KONDISI LINGKUNGAN KALIBRASI : Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%

HASIL : Lihat sebaliknya

Yogyakarta, 22 Februari 2012

Kepala



BALAI METROLOGI Yogyakarta

NIP. 1958014197903 1 006

Halaman 1 dari 2 Halaman

FBM.22-02.T

DILARANG MENGGANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ISI DARI SERTIFIKAT INI TANPA SEIZIN KEPALA BALAI METROLOGI YOGYAKARTA

LAMPIRAN SERTIFIKAT KALIBRASI
ATTACHMENT OF CALIBRATION CERTIFICATE


I. DATA KALIBRASI
Calibration data

1. Referensi : -
2. Dikalibrasi oleh : M Ashari NIP. 19630163.198202.1.001
Calibrated by

II. HASIL KALIBRASI
Result of Calibration

Nominal (menit)	Nilai Sebenarnya (menit)
00,01'00"00	00,00'59"98
00,05'00"00	00,04'59"98
00,10'00"00	00,09'59"99
00,15'00"00	00,15'00"01
00,30'00"00	00,29'59"99
01,00'00"00	00,59'59"98

Kepala Seksi Teknik Kemetrolgian



Gono, SE, MM
NIP.19610807.198202.1.007